

Informe Técnico

Artículo: Regulador de flujo RP 0,25 LPM
N/P: 467895
Marca: MSA



Sistema de Verificación y Calibración Manual:

Descripción:

La verificación y calibración de los detectores de gases MSA se realizan de manera manual con una válvula de regulación que incluye un manómetro para medir la presión del recipiente, adicional una manguera del adaptador y el cilindro de calibración RP, cada ítem se solicita por separado.

Modelo RP con 0,25 lpm regulador-completo.
